

MÜŞTERİ/CUSTOMER: MERKEZ GERİ DÖNÜŞÜM LTD. ŞTİ.

ADRESİ/ADDRES: Ferhatpaşa Mah. 47. Sok. No: 29-35 Ataşehir/İst

SİPARİŞ NO/ORDER NO: 18317

CİHAZ/DEVICE: Gama Radyasyon Dedektörü

İMALATÇI/MANUFACTURER: ALARA Radyasyon Güv. Dan. Ltd. Şti

MODEL/MODEL: ADA-1

SERİ NUMARASI/SERIAL NUMBER: 118229

YAZILIM/SOFTWARE: 1.3.2

KALİBRASYON SABİTİ/CALIBRATION CONSTANT: 30 cpm/ μ Sv

ÖLÜ ZAMAN DÜZELTMESİ/DEAD TIME CORRECTION: 68 μ s

KALİBRASYON TARİHİ/KALİBRASYON TARİHİ: 04.08.2018

KALİBRASYON GEÇERLİLİK SÜRESİ/CALIBRATION INTERVAL: 2 YIL*

KONTROLLER/CHECKS

TÜP GERİLİMİ/TUBE VOLTAGE: ...390..... V

ELEKTRONİK KONTROL/ELECTRONIC CHECK:

EKRAN KONTROL/DISPLAY CHECK:

ALARM KONTROL/ALARM LEVEL CHECK:

TİTREŞİM KONTROL/VIBRATION CHECK:

REFERENCE/REFERANS:

CİHAZ/DEVICE: LUDLUM M2241 & M44-9 & M133-7

SERİ NO/SERIAL NUMBER: 306380, PR333600, PR335998

GAMA KALİBRASYONU/GAMMA CALIBRATION:

ONAYLAYAN

TARİH: 04.08.2018

alara Radyasyon Güvenliği
Danışmanlığı Ltd. Şti
Cevizli Mah. Bağdat Cad. Taksim Plaza 505/4
34846 Maltepe/İstanbul
Tel: 0216 482 0036 / Faks: 0216 482 87 38
Küçükyağlı Y.D. / 048 055 0573
Ticaret Sicil No: B76157
www.alarargd.com.tr

Devrim Demirag

Yük. Fizik Müh./MSc. Physics Eng.



* TAEK tarafından güncellenmediği sürece/Otherwise specified by TAEK

Bu sertifika, ALARA RGD'nin izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the ALARA RGD. Calibration certificate without signature and seal are not valid.